

absolute Abweichungen nach Rilibäk für XP 300

Charge: 41110821 (low) bis 27.07.2024

Parameter	konventionell	Zielwert		SI
WBC	0,208		3,2	0,208
RBC	0,1068		2,67	0,1068
HGB	0,244	6,1	3,8	0,152
HCT	0,91	18,2	0,182	0,0091
PLT	11,07		82	11,07

* hier muss eventuell gerundet werden

Werte ohne Gewähr

Charge: 41110822 (normal) bis 27.07.2024

Parameter	konventionell	Zielwert		SI
WBC	0,455		7	0,455
RBC	0,1788		4,47	0,1788
HGB	0,48	12,0	7,5	0,3
HCT	1,72	34,4	0,344	0,0172
PLT	19,21		226	19,21

* hier muss eventuell gerundet werden

Werte ohne Gewähr

Charge: 41110823 (high) bis 27.07.2024

Parameter	konventionell	Zielwert		SI
WBC	1,1635		17,9	1,1635
RBC	0,214		5,35	0,214
HGB	0,648	16,2	10,1	0,404
HCT	2,25	45,0	0,450	0,0225
PLT	41,025		547	41,025

* hier muss eventuell gerundet werden

Werte ohne Gewähr