## absolute Abweichungen nach Rilibäk für XP 300

***Charge: 40270821 ( low ) bis 04.05.2024***

| Parameter | konventionell | | Zielwert | | SI |
|---|---|---|---|---|---|
| WBC | 0,2145 | | 3,3 | | 0,2145 |
| RBC | 0,106 | | 2,65 | | 0,106 |
| HGB | 0,256 | 6,4 | | 4,0 | 0,16 |
| HCT | 0,93 | 18,6 | | 0,186 | 0,0093 |
| PLT | 11,61 | | 86 | | 11,61 |

* hier muss eventuell gerundet werden

Werte ohne Gewähr

***Charge: 40270822 ( normal ) bis 04.05.2024***

| Parameter | konventionell | | Zielwert | | SI |
|---|---|---|---|---|---|
| WBC | 0,4875 | | 7,5 | | 0,4875 |
| RBC | 0,1768 | | 4,42 | | 0,1768 |
| HGB | 0,496 | 12,4 | | 7,7 | 0,308 |
| HCT | 1,75 | 35,0 | | 0,350 | 0,0175 |
| PLT | 19,72 | | 232 | | 19,72 |

* hier muss eventuell gerundet werden

Werte ohne Gewähr

***Charge: 40270823 ( high ) bis 04.05.2024***

| Parameter | konventionell | | Zielwert | | SI |
|---|---|---|---|---|---|
| WBC | 1,1505 | | 17,7 | | 1,1505 |
| RBC | 0,2116 | | 5,29 | | 0,2116 |
| HGB | 0,648 | 16,2 | | 10,1 | 0,404 |
| HCT | 2,25 | 45,0 | | 0,450 | 0,0225 |
| PLT | 41,775 | | 557 | | 41,775 |

* hier muss eventuell gerundet werden

Werte ohne Gewähr