absolute Abweichungen nach Rilibäk für pocH 100i

Charge: 40270821 (low) bis 04.05.2024

Parameter	konventionell		Zielwert		SI
WBC	0,208		3,2		0,208
RBC	0,1076		2,69		0,1076
HGB	0,26	6,5		4,0	0,16
HCT	0,98	19,6		0,196	0,0098
PLT	10,935		81		10,935

hier muss eventuell gerundet werden

Werte ohne Gewähr

Charge: 40270822 (normal) bis 04.05.2024

Parameter	konventionell		Zielwert		SI
WBC	0,4745		7,3		0,4745
RBC	0,1824		4,56		0,1824
HGB	0,504	12,6		7,8	0,312
HCT	1,875	37,5		0,375	0,01875
PLT	18,955		223		18,955

hier muss eventuell gerundet werden

Werte ohne Gewähr

Charge: 40270823 (high) bis 04.05.2024

Parameter	konventionell		Zielwert		SI
WBC	1,1505		17,7		1,1505
RBC	0,2168		5,42		0,2168
HGB	0,66	16,5		10,3	0,412
HCT	2,395	47,9		0,479	0,02395
PLT	39,075		521		39,075

hier muss eventuell gerundet werden

Werte ohne Gewähr