

absolute Abweichungen nach Rilibäk für poch 100i

Charge: 41110821 (low) bis 27.07.2024

Parameter	konventionell		Zielwert		SI
WBC	0,2015		3,1		0,2015
RBC	0,1084		2,71		0,1084
HGB	0,248	6,2		3,8	0,152
HCT	0,955	19,1		0,191	0,00955
PLT	10,53		78		10,53

hier muss eventuell gerundet werden

Werte ohne Gewähr

Charge: 41110822 (normal) bis 27.07.2024

Parameter	konventionell		Zielwert		SI
WBC	0,4485		6,9		0,4485
RBC	0,1836		4,59		0,1836
HGB	0,488	12,2		7,6	0,304
HCT	1,83	36,6		0,366	0,0183
PLT	18,36		216		18,36

hier muss eventuell gerundet werden

Werte ohne Gewähr

Charge: 41110823 (high) bis 27.07.2024

Parameter	konventionell		Zielwert		SI
WBC	1,17		18		1,17
RBC	0,2188		5,47		0,2188
HGB	0,66	16,5		10,2	0,408
HCT	2,4	48,0		0,480	0,024
PLT	38,475		513		38,475

hier muss eventuell gerundet werden

Werte ohne Gewähr