

absolute Abweichungen nach Rilibäk für XP300

Charge 23370821 (low) bis 11.03.2023

	konv.	SI
WBC	0,23*	0,23*
RBC	0,1	0,1
HGB	0,24*	0,15*
HCT	0,9	0,09
PLT	11,74*	11,75*

* hier muss eventuell gerundet werden

Werte ohne Gewähr

Charge: 2337822(normal) bis 11.03.2023

	konv.	SI
WBC	0,46*	0,46*
RBC	0,17	0,17
HGB	0,49*	0,30*
HCT	1,75	0,175
PLT	20,31*	20,31*

* hier muss eventuell gerundet werden

Werte ohne Gewähr

Charge: 23370823(high) bis 11.03.2023

	konv.	SI
WBC	1,16*	1,16*
RBC	0,21	0,21
HGB	0,64*	0,40
HCT	2,27	0,227
PLT	42*	42*

* hier muss eventuell gerundet werden

Werte ohne Gewähr