

## absolute Abweichungen nach Rilibäk für XP300

### *Charge:20850821 ( low ) bis 02.07.2022*

	<b>konv.</b>	<b>SI</b>
WBC	0,22*	0,22*
RBC	0,09	0,09
HGB	0,25*	0,16*
HCT	0,91	0,091
PLT	11,47*	11,47*

\* hier muss eventuell gerundet werden

Werte ohne Gewähr

### *Charge: 2085822( normal ) bis 02.07.2022*

	<b>konv.</b>	<b>SI</b>
WBC	0,46*	0,46*
RBC	0,18	0,18
HGB	0,5*	0,31*
HCT	1,79	0,179
PLT	20,48*	20,48*

\* hier muss eventuell gerundet werden

Werte ohne Gewähr

### *Charge: 20850823( high ) bis 02.07.2022*

	<b>konv.</b>	<b>SI</b>
WBC	1,16*	1,16*
RBC	0,21	0,21
HGB	0,67*	0,42*
HCT	2,33	0,233
PLT	41,92*	41,92*

\* hier muss eventuell gerundet werden

Werte ohne Gewähr